




Producent pieców i urządzeń
dla laboratoriów, przemysłu metalowego
i szklarskiego



Dla laboratoriów > Piece do maszyny wytrzymałościowej

**Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP
75x240/100**



| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Oznaczenie pieca PID | SOP 75x240/100 |
| Maksymalna temp. pracy [°C] | 1000 |
| Średnica komory grzejnej [mm] | 75 |
| Średnica kształtek [mm] | 52 |
| Długość strefy grzania [mm] | 240 |
| Napięcie zasilania [v] | 230 |
| Ilość stref grzejnych | 2 |
| Termopara Typ | S |
| Moc zainstalowana [kW] | 2,1 |

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:

tel. 32 47 07 495

tel./fax 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl