

PIEC DO PODGRZEWANIA PRÓBEK PODCZAS TESTÓW WIBRACYJNYCH TYP PK-VS 245/900/spec



Typ urządzenia	**PK-VS 245/900/spec**
Przeznaczenie	
Opis urządzenia	**Temperatura pracy ciągłej 900°C, moc znamionowa 19,1 kW, wymiary komory grzejnej (szer. x wys. x gł). 700 x 500 x 700 mm; wym. gabarytowe konstrukcji pieca (szer. x wys. x gł). 2090 x2560 x1270 mm. Cała konstrukcja składa się z następujących zespołów: pieca kołpakowego z zamiennymi pokrywami dolnymi, konstrukcji wsporczej z mechanizmem podnoszenia pieca, wentylatora studzącego, dwóch barier termicznych oraz zespołu zasilająco-sterującego. Masa pieca ~ 600 kg**

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl