

Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP 75x120/100



Oznaczenie pieca PID	**SOP 75x120/100**
Maksymalna temp. pracy [°C]	**1000**
Średnica komory grzejnej [mm]	**75**
Średnica kształtek [mm]	**35**
Długość strefy grzania [mm]	**120**
Napięcie zasilania [v]	**230**
Ilość stref grzejnych	**1**
Termopara Typ	**S**
Moc zainstalowana [kW]	**1**

Bei Fragen nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Tel. 32 47 07 495
Tel./Fax. 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl