



Hersteller von Öfen und Anlagen
für Labors, Metall
und Glasindustrie



Öfen und Spezialanlagen > Urządzenia specjalne

PIEC DO PODGRZEWANIA PRÓBEK PODCZAS TESTÓW WIBRACYJNYCH TYP PK-VS 245/900/spec



Przeznaczenie

Typ urządzenia **PK-VS 245/900/spec**

Opis urządzenia

Temperatura pracy ciągłej 900°C, moc znamionowa 19,1 kW, wymiary komory grzejnej (szer. x wys. x gł.) 700 x 500 x 700 mm; wym. gabarytowe konstrukcji pieca (szer. x wys. x gł.) 2090 x 2560 x 1270 mm. Cała konstrukcja składa się z następujących zespołów: pieca kołpakowego z zamiennymi pokrywami dolnymi, konstrukcji wsporczej z mechanizmem podnoszenia pieca, wentylatora studzącego, dwóch barier termicznych oraz zespołu zasilająco-sterującego. Masa pieca ~ 600 kg

Bei Fragen nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Tel. 32 47 07 495

Tel./Fax. 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl