

Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP 60x180/120M



Oznaczenie pieca PID	**SOP 60x180/120M**
Maksymalna temp. pracy [°C]	**1200**
Średnica komory grzejnej [mm]	**90**
Średnica kształtek [mm]	**40**
Długość strefy grzania [mm]	**180**
Napięcie zasilania [v]	**230**
Ilość stref grzejnych	**2**
Termopara Typ	**S**
Moc zainstalowana [kW]	**1,4**

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl