CZYLOK

Manufacturer of furnaces and equipment for laboratories as well as the metal and glass industry



**For laboratories > SOP**

# Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP 75x120/100



| | |
|---|---|
| Oznaczenie pieca PID | **SOP 75x120/100** |
| Maksymalna temp. pracy [°C] | **1000** |
| Średnica komory grzejnej [mm] | **75** |
| Średnica kształtek [mm] | **35** |
| Długość strefy grzania [mm] | **120** |
| Napięcie zasilania [v] | **230** |
| Ilość stref grzejnych | **1** |
| Termopara Typ | **S** |
| Moc zainstalowana [kW] | **1** |

If you have any questions please contact us:

**tel. 32 47 07 495**
**tel./fax 32 47 07 502**
**e-mail: czylok@czylok.com.pl**