



Manufacturer of furnaces and
equipment for laboratories as well
as the metal and glass industry



For laboratories > SOP

**Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP
85X150/150M**



www.czylok.com.pl

Oznaczenie pieca PID	SOP 85X150/150M
Maksymalna temp. pracy [°C]	1500
Średnica komory grzejnej [mm]	85
Średnica kształtek [mm]	40
Długość strefy grzania [mm]	150
Napięcie zasilania [v]	230
Ilość stref grzejnych	2
Termopara Typ	B
Moc zainstalowana [kW]	2,8

If you have any questions please contact us:

tel. 32 47 07 495

tel./fax 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl