CZYLOK

Manufacturer of furnaces and equipment for laboratories as well as the metal and glass industry

For laboratories > **Tyglowe**

PT-12/130 PCH

Typ pieca	**PT-12/130PCH**
Temperatura maksymalna [°C]	**1300**
Moc [kW]	**4,2**
Typ tygla	**A/AX-12**
Pojemność tygla [Litr]	**2,4**
Napięcie zasilania [V~]	**400/2N**

POZOSTAŁE WYKONANIA PIECA

Maks. temp. pracy	Regulator temperatury
[°C]	PID
1100	PT-12/110PCH
1300	PT-12/130PCH

P-REGULATOR TEMPERATURY

Dwa czteroznakowe wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu iparametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperaturypieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy.

If you have any questions please contact us:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl